

## ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

**Акт общественной проверки обеспеченности Рефтинского подразделения  
ГАУЗ СО «Городская больница г. Асбест» медицинским оборудованием  
и соответствия оснащённости врачебных кабинетов стандартам,  
утвержденным приказами Министерства здравоохранения  
Российской Федерации.**

12.04.2024 г.

В соответствии с п. 2.1. Положения об Общественной палате городского округа Рефтинский (утверждено решением Думы городского округа Рефтинский от 02.08.2016 г. № 349), планом работы Общественной палаты городского округа Рефтинский на 2024 год, в порядке осуществления общественного контроля за соблюдением действующего законодательства, проведена общественная проверка обеспеченности Рефтинского подразделения ГАУЗ СО «Городская больница город Асбест» медицинским оборудованием и соответствия оснащённости врачебных кабинетов стандартам, утвержденным приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Проверка проводилась 12 апреля 2024 года. С целью установления значимых для проверки сведений, главному врачу ГАУЗ СО «Городская больница город Асбест» И.В. Брагину было направлено письмо Общественной палаты от 06.03.2024 г. № 29 с просьбой предоставить в адрес Общественной палаты перечень врачебных кабинетов Рефтинского подразделения, функционирующих в соответствии с имеющейся лицензией.

В нарушении сроков, установленных ст. 18 Закона Свердловской области от 19.12.2016 г. № 151-ОЗ (ред. от 26.02.2018 г.) «Об общественном контроле в Свердловской области», ответ был предоставлен письмом от 03.04.2024 г. № 2562.

Письмом от 09.04.2024 г. № 30 Общественная палата уведомила главного врача ГАУЗ СО «Городская больница город Асбест» о времени проверки и ее участниках.

Проверку проводили: председатель Общественной палаты городского округа Рефтинский Ю.М. Сухарев и председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению Общественной палаты З.П. Кандрухина. От



проверяемой организации присутствовала заведующая Рефтинским отделением ГАУЗ СО «Городская больница город Асбест» Н.Д.Устюжанина.

Проверка обеспеченности Рефтинского подразделения ГАУЗ СО «Городская больница город Асбест» медицинским оборудованием и оснащенности врачебных кабинетов производилась путем сравнения фактического наличия со стандартами, утвержденными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В результате проверки выявлены следующие несоответствия фактического наличия стандартам:

1. По оснащению диагностическим оборудованием:

№ п.п.	Наименование оборудования (оснащения)	Наличие	Стандарт оснащения
1.	Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый) в комплекте (Кабинет рентгеновский компьютерной томографии)	Отсутствует	Приложение № 2.1 к Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. № 543н
2.	Магнитно-резонансный томограф со сверхпроводящим магнитом в комплекте (Кабинет магнитно-резонансной томографии)	Отсутствует	

2. По оснащению кабинетов первичной медицинской помощи:

Кабинет терапевтический (проверено два кабинета участковых терапевтов)			
1.	Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный	отсутствует	Приложение 3 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "терапия" (утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 923н)
2.	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками	отсутствует	
3.	Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи	отсутствует	
4.	Лупа ручная	отсутствует	



Кабинет врача-дерматолога			
1	Шкаф медицинский	отсутствует	Приложение № 6. Приказ Минздрава РФ от 08.11.2012 № 689н – Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)
Кабинет кардиологический			
1	Аппарат для экспресс определения международного нормализованного отношения портативный	отсутствует	Приложение № 3 к Порядку оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 918н
2	Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный	отсутствует	
Кабинет врача-хирурга			
1.	Настольная лампа	отсутствует	Приложение № 3. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 922н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "хирургия" (с изменениями и дополнениями)
2.	Шина для лечения переломов ключицы (1 шт.)	отсутствует	
3.	Шина для фиксации кисти и пальцев (2 шт.)	отсутствует	
4.	Шина проволочная для верхних и нижних конечностей (2 шт.)	отсутствует	
5.	Шина транспортная для нижних конечностей (1 шт.)	отсутствует	
Детский кабинет врача-невролога			
1.	Настольная лампа (2 шт.)	отсутствует	Приложение № 3. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 14 декабря 2012 г. № 1047н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям по профилю "неврология"
2.	Шкаф для хранения медицинских документов	отсутствует	
3.	Шкаф для хранения лекарственных средств	отсутствует	
4.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство	отсутствует	

	для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей		(с изменениями и дополнениям
5.	Ростомер	отсутствует	
6.	Весы электронные для детей до 1 года	отсутствует	
7.	Весы	отсутствует	
Кабинет врача акушера-гинеколога			
1.	Кольпоскоп	отсутствует	Приказ Минздрава России от 20.10.2020 № 1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология»
2.	Противошоковая укладка	отсутствует	
3.	Холодильник медицинский	отсутствует	
4.	Шкаф для хранения медицинской документации	отсутствует	
Кабинет врача-офтальмолога			
1.	Гониоскоп	отсутствует	Приложение № 6 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. N 902н
2.	Периметр	отсутствует	

В связи с отсутствием врача-оториноларинголога (вакансия) комиссия не смогла самостоятельно сделать вывод о соответствии специального оборудования оториноларингологического кабинета требованиям стандарта.

В Рефтинском подразделении ГАУЗ СО «Городская больница город Асбест» отсутствуют кабинеты врачей эндокринолога и невролога. В настоящее время ставки таких врачей вакантны. Исходя из рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации (по численности населения) такие специалисты на территории городского округа Рефтинский должны быть (также как и отсутствующие кардиолог и оториноларинголог). Комиссия считает, что должны быть и кабинеты таких специалистов, оборудованные по стандарту.



### Выводы проверки и рекомендации:

1. Рефтинское подразделение не полностью обеспечено диагностическим оборудованием и рекомендует ГАУЗ СО «Городская больница город Асбест» укомплектовать поликлинику Рефтинского недостающим (в соответствии со стандартами) диагностическим оборудованием.

2. Врачебные кабинеты Рефтинского подразделения оснащены не полностью. Рекомендуем привести оснащение в соответствие со стандартами.

3. Отсутствуют оборудованные кабинеты врачей эндокринолога и невролога. Рекомендуем оборудовать такие кабинеты.

Председатель  
Общественной палаты  
городского округа Рефтинский



Ю.М. Сухарев

Председатель комиссии по социальной  
политике и здравоохранению  
Общественной палаты  
городского округа Рефтинский



З.П. Кандрухина